

新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)遺伝子検査アンケート取りまとめ結果(2020年3月末時点)
(回答施設数:医療機関421、衛生検査所14)

表1 検査実施について

	医療機関	衛生検査所
すでに始めている	11	7
開始予定	9	3
予定はない	72	4
未記入	329	0

表2 受託可能件数

(表1で「すでに始めている」または「開始予定」と回答した医療機関・衛生検査)

	医療機関	衛生検査所
1-10	9	0
11-50	7	2
51-100	0	4
101-200	0	1
600	0	1
1000	0	1
未定	4	0
未記入	0	1

表3 BSL2以上に相当する検査室の整備

(表1で「すでに始めている」または「開始予定」と回答した医療機関・衛生検査所の内訳)

	医療機関	衛生検査所
BSL2で陰圧になる	10	4
BSL2で陰圧にならない	7	3
BSL3	3	2
BSL2陰圧、BSL3	0	1

表4 安全キャビネットの保有

(表1で「すでに始めている」または「開始予定」と回答した医療機関・衛生検査)

	医療機関	衛生検査所
保有している	19	10
保有していない	1	0