

薬生発 0831 第 10 号  
令和 2 年 8 月 31 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医薬・生活衛生局長  
( 公 印 省 略 )

### 加工細胞等に係る治験中の不具合等の報告について

再生医療等製品の承認申請のための加工細胞等に係る治験中の不具合及び有害事象の報告（以下「治験不具合等報告」という。）については、「加工細胞等に係る治験中の不具合等の報告について」（平成 26 年 10 月 2 日付け薬食発 1002 第 23 号厚生労働省医薬食品局長通知）において取扱いを示してきたところです。

今般、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 63 号）及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令（令和 2 年厚生労働省令第 155 号）の施行に伴い、加工細胞等の治験不具合等報告の取扱いについて、下記のとおり定めることとしましたので、御了知の上、貴管下関係業者等に対して、周知及び指導方御配慮願います。

#### 記

1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和 36 年厚生省令第 1 号。以下「規則」という。）第 279 条において準用する規則第 275 条の 3 の用語の定義については、以下のとおりであること。

(1) 「当該治験使用製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるもの」とは、当該治験使用製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、原材料等が同一性を有するものを指すこと。外国で発生した症例が報告対象とな



るか否かについては、規則第 275 条の 3 の規定により判断すべきものであるが、少なくともその症例が発生した国において、その国の政府に緊急に報告する必要がある症例については報告すべきものであること。

- (2) 「使用による影響であると疑われるもの」とは、因果関係が否定できるもの以外のものを指し、これには因果関係が不明なものも含まれること。再生医療等製品たるコンビネーション製品にあっては、薬物又は機械器具の影響による有害事象の発生が疑われる場合も、報告の対象となること。
- (3) 「それらの使用によるものと疑われる感染症」とは、生物由来の原料若しくは材料又はそれらの原材料から、治験使用製品等（当該治験使用製品又は当該治験使用製品と構成細胞、導入遺伝子、構造、原材料等が同一性を有すると認められるものをいう。以下同じ。）への病原体の混入が疑われる場合等を含むものであること。また、ヒト（同種）治験使用製品等の製造、使用等において、B型肝炎ウイルス（HBV）、C型肝炎ウイルス（HCV）及びヒト免疫不全ウイルス（HIV）等のウイルスマーカーの陽性化についても、報告の対象となること。
- (4) 「当該被験製品の治験製品概要書又は被験製品以外の当該治験使用製品等についての既存の科学的知見から予測できないもの」とは、不具合等の評価時点における最新の予測性判断に使用する資料（治験製品概要書又は被験製品以外の治験使用製品に係る科学的知見について記載した添付文書、学術論文等の文書（以下「治験製品概要書等」という。））に記載されていないもの又は記載されていてもその性質、症状の程度若しくは発生傾向が記載内容と一致しないものを指すこと。例えば、治験製品概要書等に記載されていても、予測できないような重篤症例は報告の対象となること。
- (5) 「障害」とは、日常生活に支障を來す程度の機能不全の発現を示すものであること。
- (6) 「不具合」とは、被験製品等の機能の不全、細胞が人体に及ぼす副作用等広く具合のよくないことをいい、製造、交付、保管又は使用のいずれの段階で生じたものであるかを問わないこと。
- (7) 「当該治験使用製品等の不具合の発生であつて、当該不具合によつて第 1 号イ若しくはロ又は前号イ(1)から(5)までに掲げる症例等が発生するおそれがあるもの」とは、当該治験使用製品等の不具合の発生であつて、現実には死亡、障害等は発生していないが、死亡、障害等が発生するおそれがあると認められるものであること。
- (8) 「当該治験における被験者保護に関する安全性の判断に影響を与えるおそれがないと認められるとき」とは、得られた安全性情報について、医学的評価に資する情報が不足しており、情報源や発生状況等を勘案して、評

価に資する追加的な情報を得ることが困難なときや、得られた安全性情報の内容が、当該治験の被験者における使用状況と大きく異なることから、被験者保護に関する安全性の判断に影響を与えるおそれがないとき等を指すものであること。

具体的には、安全性情報が、インターネット上の匿名の有害事象の書き込みや、コールセンターに対する一般消費者やその他非医療専門家からの情報及び問い合わせに由来し、その真偽の判断が困難であり、医学的な考査や追加的情報収集も困難なときや、治験と異なる使用方法により生じた不具合等で、使用方法に特有の不具合等はこの事例に該当する。ただし、このような情報であっても、仮に情報の集積により、当該被験製品等の使用による影響であると疑われる疾病等又はそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度等の増加が認められた場合は、別途当該傾向の変化について報告を要すること。

- (9) 「外国で使用されている物であつて治験使用製品と構成細胞又は導入遺伝子が同一性を有すると認められるものに係る製造、輸入又は販売の中止、回収、廃棄その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置の実施」とは、外国における、有効性又は安全性の観点からの製造等の中止のほか、効能、効果、性能、用法、用量、使用方法、製造方法等の変更、ドクターレターの配布やそれに準じる重要な使用上の注意の改訂等も含まれるものであること。
- (10) 「被験製品以外の治験使用製品については、被験製品と併用した際の保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置」とは、被験製品以外の治験使用製品に関する保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための措置のうち、当該治験において被験製品と併用した際に生じる可能性が高い保健衛生上の危害の発生又は拡大に対処するためのものであること。
- (11) 「がんその他の重大な疾病、障害若しくは死亡が発生するおそれがあること」とは、疫学調査報告、動物等を用いた試験、*in vitro* の生物学的・化学的試験、物理的試験の成績等により、当該被験製品等の使用又はその使用による感染症に起因する重大な疾病的発現又はその可能性を示すものであること。
- (12) 「使用による影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件等の発生傾向が著しく変化したこと」とは、当該被験製品等の使用による影響であると疑われる疾病又はそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度、発生条件（例えば、全体としての発生数、発生頻度の変化は大きくな

いが、層別して見た場合に特定の年齢、合併症、使用方法等で特に発生数又は発生頻度の上昇が判明した等）、症状又は程度等の明らかな変化を示すものであること。

- (13) 「治験の対象となる疾患に対して効能、効果若しくは性能を有しないこと」とは、当該被験製品等について、臨床試験、動物試験等により、治験の対象となる疾患に対する効能、効果又は性能を有しないことを示すものであること。
- (14) 「研究報告」とは、国内外の学術雑誌等に掲載された研究報告、自社又は関連企業において行われた研究報告等を示すものであること。
- (15) 「当該被験製品等の治験の対象となる疾患に対する有効性及び安全性の評価に影響を与えるないと認められる研究報告」とは、例えば治験において想定される不具合等として、被験者に対する安全対策（当該不具合等の発生し得る患者が被験者から除外されている、治験の中で適切な検査計画が立案されている等）が既にとられているものや、当該被験製品等の使用による影響であると疑われる疾病等若しくはそれらの使用によるものと疑われる感染症の発生数、発生頻度等の増加が認められないもの等が想定されること。

## 2 報告期限等

- (1) 治験不具合等報告は、規則第275条の3第1項第1号及び第2項第1号に該当する場合は7日以内、同条第1項第2号及び第2項第2号に該当する場合は15日以内、同条第1項第3号及び第2項第3号に該当する場合は30日以内に行うこと。
- (2) 規則第275条の3第4項に規定する事項については、当該被験製品について初めて治験の計画を届け出た日等から起算して1年ごとに、その期間の満了後2月以内に報告しなければならないこと。
- (3) 被験製品に係る治験を全て終了し、当該被験製品に係る再生医療等製品の製造販売の承認を申請中のもの又は製造販売の承認の申請準備中のものについては、製造販売の承認を受けるまでは報告の対象となるものであること。

## 3 報告様式

- (1) 規則第275条の3第1項、第2項第1号、同項第2号イ及びロ並びに同項第3号に基づく報告（不具合・感染症症例報告）については、別紙様式第1により行うこと。
- (2) 同項第2号ハ及びニに基づく報告（研究報告及び外国措置報告）につい

ては、別紙様式第2により行うこと。

- (3) 同条第4項に基づく報告（安全性定期報告）については、別紙様式第3により行うこと。

#### 4 提出先

治験不具合等報告は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査マネジメント部審査企画課へ提出すること。

#### 5 治験中に得られた極めて重大な安全性情報の取扱いについて

治験の依頼をした者が、自ら製造販売する再生医療等製品（製造販売する予定の被験製品を含む。）と構成細胞又は導入遺伝子が異なる治験使用製品（以下「他社の治験使用製品」という。）の使用に起因すると合理的に考えられ、治験の中止・中止の理由とされるような未知で重篤な不具合等の極めて重大な安全性情報を得た場合は、上記の法令に基づく不具合等報告の他に、被験者保護及び我が国の公衆衛生上の安全性の向上の観点から、我が国当該治験使用製品の製造販売業者等に適切に情報提供することが望ましい。

#### 6 適用時期等

本通知は、令和2年9月1日から適用する。ただし、「加工細胞等に係る治験の計画等の届出の取扱い等について」（令和2年8月31日付け薬生機審発0831第9号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）に基づき従前の例により治験の計画の届出を出したものについては、従前の例により治験報告を行うこと。

#### 7 通知の廃止

本通知の適用に伴い、令和4年8月31日をもって、「加工細胞等に係る治験中の不具合等の報告について」（平成26年10月2日付け薬食発1002第23号厚生労働省医薬食品局長通知）は廃止する。

別紙様式第1

## 治験製品不具合・感染症症例報告書

1. 管理情報								
1)管理番号 報告の別	識別番号		機構報告回数		報告区分	①7日	②15日	③30日
	①不具合 (有害事象を含む)	②感染症	不具合等発生場所	①国内	②外国( )			
2)第一報入手日	年 月 日		3)最新情報入手日	年 月 日				
4)次回報告予定日	年 月 日							
5)治験製品の不具合状況	①あり	②なし	③不明					
6)被験者等の健康被害状況	①あり	②なし	③不明					
7)担当者連絡先	担当者氏名			法人名				
				部署				
	住所							
	Tel		Fax		E-mail			
2. 被験者等に関する情報								
1)被験者等略名	2)年齢	歳	3)性別	男・女	4)体重	kg	5)身長	cm
6)不具合等発生時 の被験者等の状況	不具合							
	不具合名				既知未知	①既知	②未知	
	発生日	年 月 日						
	被験者の健康被害の状況							
	有害事象・感染症 名				既知未知	①既知	②未知	
	発現日	年 月 日		終了日	年 月 日			
	重篤性				転帰			
	因果関係 評価	担当医等						
		報告者						
	7)不具合等の発現状況の経過							

3. 治験製品の情報			
1)治験識別記号		2)類別	
3)一般的な名称			
4)治験計画届出日			
5)治験の概要			
6)治験製品の詳細			
7)分類	①再生医療等製品		②指定再生医療等製品
8)治験製品の使用状況	使用開始後　月 or　日 or　時間		
9)治験製品の現状	①現品回収	②現品未回収(廃棄・体内遺残・回収予定・回収不能)	
10)併用療法			
11)備考			

#### 4. 調査結果と対応等

1)調査結果	
2)担当医等の意見	
3)報告者の意見	
4)これまでの対応	
5)今後の対応	

上記により、治験製品に関する不具合・感染症症例を報告いたします。

令和　　年　　月　　日

住　所

氏　名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長　殿

別紙様式第2

研 究 報 告  
治験製品の 外国における製造等の中止、回収、廃棄等の措置 調査報告書

1. 管理情報						
1)管理番号	識別番号		機構報告回数		報告の別	①研究報告 ②措置報告
2)第一報入手日	年 月 日		3)最新情報入手日	年 月 日		
4)次回報告予定日	年 月 日					
5)治験製品の不具合状況		①あり	②なし	③不明		
6)被験者等の健康被害状況		①あり	②なし	③不明		
7)担当者連絡先	担当者氏名				法人名	
					部署	
	住所					
Tel		Fax		E-mail		
2. 治験製品の情報						
1)治験識別記号		2)類別				
3)一般的名称						
4)治験計画届出日						
5)治験の概要						
6)治験製品の詳細						
7)治験製品の分類	①再生医療等製品			②指定再生医療等製品		
8)備考						

### 3. 報告内容と対応等

1) 研究報告又は措置内容	研究報告の出典	
	措置実施国	
	措置区分	
2)これまでの対応		
3)今後の対応		

上記により、治験製品に関する調査結果を報告致します。

令和 年 月 日

住 所

氏 名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

## 治験製品 安全性定期報告書

1) 治験識別記号	2) 類別	
3) 一般的名称		
4) 初回治験計画届出日		5) 報告起算日
6) 治験の概要		
7) 治験製品の詳細		
8) 治験製品の分類	① 再生医療等製品	② 指定再生医療等製品
9) 報告対象期間		10) 機構報告回数
11) 治験製品の変更に関する情報		
12) 外国における承認状況		
13) 不具合等の発生状況		
14) 集積を踏まえた見解及び安全対策		
15) 備考		

上記により、治験製品に関する安全性定期報告を行います。

令和 年 月 日

住 所

氏 名

独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長 殿

### 治験製品不具合・感染症症例発生状況一覧

区分	国内治験		外国臨床試験		外国市販後自発報告	
	報告対象期間 内	累計	報告対象期間 内	累計	報告対象期間 内	累計
被験者等の概数						
不具合の種類 (有害事象を含む)	不具合の種類別件数					
感染症の種類	感染症の種類別件数					
備考						