

年　月　日

東京都知事　殿

管理者住所

氏　　名

診療用放射線照射器具備付届

下記のとおり診療用放射線照射器具を備えるので、医療法第15条第3項及び医療法施行規則第27条の規定により届け出ます。

記

| | | | | |
|------------------|--------------------|------------------|-----------|-------------|
| 病院 | 名　　称 | | | |
| | | | | |
| 診療所 | 所　　在　　地 | | 電話番号　(　　) | |
| | | | | |
| 診療用放射線照射器具に関する事項 | 放射性同位元素の種類 | | | |
| | 物理的半減期 | | | |
| | 型　　式 | | | |
| | 1個当たりの数量(ベクレル)及び個数 | | | |
| | 物理的半減期30日以下のもの | 年間使用予定数量(ベクレル) | | |
| | | 最大貯蔵予定数量(ベクレル) | | |
| | | 一日最大使用予定数量(ベクレル) | | |
| 用　　途 | | | | |
| 放射線診療に従事する医師の氏名 | 氏　　名 | | 職　　種 | 放射線診療に関する経歴 |
| | | | | |
| 予定使用開始時期 | | | | 年　月　日 |

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| 診構 療造 用設 放射 線照 射器 具使 用室 の放 射線 障害 の防 止に 関す る | 使 用 の 場 所 | |
| | 建 築 物 の 構 造 | 耐火構造 ・ 不燃材料 |
| | 遮蔽物 を設ける場所 | 構 造 、 材 料 、 厚 さ |
| | 天 井 | |
| | 床 | |
| | (東) | |
| | (西) | |
| | (南) | |
| | (北) | |
| | 出 入 口 の 扇 | |
| | その他の開口部 | |
| 治療 病室 の放 射線 障害 の防 止に 関す る構 造設 備の 概要 | 出 入 口 の 数 | 通常出入口 非 常 口 |
| | 箇 所 | 箇 所 |
| | 標 識 | 有 ・ 無 |
| | 建 築 物 の 構 造 | 耐火構造 ・ 不燃材料 |
| | 遮蔽物 を設ける場所 | 構 造 、 材 料 、 厚 さ |
| | 天 井 | |
| | 床 | |
| | (東) | |
| | (西) | |
| | (南) | |
| | (北) | |
| 治療 病室 の放 射線 障害 の防 止に 関す る構 造設 備の 概要 | 出 入 口 の 扇 | |
| | 箇 所 | 箇 所 |
| | その他の開口部 | |
| | 出 入 口 の 数 | 通常出入口 非 常 口 |
| | 箇 所 | 箇 所 |
| | 治 療 病 室 の 標 識 | 有 ・ 無 |

| | | |
|---------------------------|------------------------------|---|
| 貯蔵要施設の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | 貯蔵の方 法 | 貯蔵室・貯蔵箱 |
| | 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 | 別添図面のとおり |
| | 貯蔵施設の構 造 | 鉄筋コンクリート・金庫 その他() |
| | 貯蔵施設の遮蔽材料 | |
| | 貯蔵室の出入口の構造 | 出入口の数 通常出入口 箇所・非常口 箇所 特定防火設備に該当する防火戸 有・無 |
| | | 閉鎖設備 かぎ・その他() |
| | | 貯蔵箱の閉鎖設備 有・無 |
| | 貯蔵容器の遮蔽材料 | |
| | 貯蔵物の種類及び数量の表示 | 有・無 |
| | 標識 | 有・無 |
| 運搬する構造容器防護設備の止放に射関する概要 | 容 器 の 構 造 | |
| | 貯蔵物の種類及び数量の表示 | 有・無 |
| | 標識 | 有・無 |
| | 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示 | 有・無 |
| 診療に関する放射線防照射器具概要の放射線障害の防止 | 画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 | 有・無 |
| | 管理区域 | 管理区域を設ける場所 別添図面のとおり |
| | | 境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 有・無 |
| | | 立 入 制 限 措 置 有・無 |
| | 標識 | 有・無 |
| | 敷地の境界等 | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置 有・無 |
| | | 入院患者(診療により被ばくする放射線を除く)の実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 有・無 |
| | その他の | 取扱者の被ばく測定器具 |

注意事項

- 1 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射器具使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。
- 2 診療用放射線照射器具使用室、治療室及び貯蔵室の図面は、その各室ごとに線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した50分の1又は100分の1の縮図とすること。
- 3 管理区域の標識等の位置を使用室図中に記入すること。
- 4 放射線診療に関する経歴欄には、医師、歯科医師又は診療放射線技師の免許登録番号及び年月日を記入すること。