

1 議事

(1) 検討事項

ア 令和2年度東京都衛生検査所精度管理調査の実施計画について

(該当資料)

- 資料1-1 令和2年度衛生検査所精度管理調査等計画表(案)
- 資料1-2 令和2年度衛生検査所精度管理調査等計画表(当初計画)
- 資料2 令和2年度精度管理調査の実施計画
- 資料3 令和2年度特別監視指導対象9施設の選定理由

(検討事項要旨)

令和2年度東京都衛生検査所精度管理調査の実施計画について御審議をいただきたいと存じます。

詳細については、各専門委員会で審議した上で決定していくことになります。

・精度管理調査について

本年度、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、ブラインド調査は実施しないこととし、オープン調査は昨年度と同規模で7月30日(木曜日)に実施する予定です。ただし、例年実施している説明会は開催せず、試料は郵送(場合によっては健康安全研究センターにて手渡し)で配布したいと考えております。

なお、調査内容及び調査方法等につきましては、東京都衛生検査所精度管理検討専門委員会で検討し、実施していきます。

・特別監視指導について

令和元年度精度管理調査結果及び監視指導結果に基づき選定された9施設(資料3)の特別監視指導について、例年6月から7月に実施しているところですが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、今年度は8月から10月に延期して実施することを予定しております。

ただし、今後の都内における感染拡大状況を鑑みて、対象の衛生検査所への立入検査が困難な場合も考えられることから、更なる延期や書面による改善報告等に代えることについて東京都衛生検査所精度管理都区市合同監視指導専門委員会議で検討したいと考えております。

イ 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)遺伝子検査対象の施設について

(該当資料)

資料4-1 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)遺伝子検査アンケート取りまとめ結果

資料4-2 令和2年3月5日付医政発0305第1号「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱いについて」

(検討事項要旨)

本年度については、新型コロナウイルス感染症に係る検査の需要が高いことを踏まえ、「2019-nCoV 遺伝子検査方法」の検査精度の向上を図るため、遺伝子検査(病原体核酸検査)では新型コロナウイルスの検査を実施する予定です。この病原体核酸検査については、衛生検査所に加え、東京都衛生検査所精度管理実施要項第11(※1)に基づき、都内の調査を希望する病院(※2)も対象と定め、実施したいと考えております。このことについてご審議をお願いします。

併せて、令和2年3月5日付医政発0305第1号「新型コロナウイルス感染症に係る衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱いについて」(資料4-2)に基づき開設された衛生検査所も遺伝子検査(病原体核酸検査)の対象にしたいと考えております。なお、保健所設置自治体に調査したところ、令和2年5月1日現在、7施設ございます。

「令和2年度第1回東京都衛生検査所精度管理検討委員会開催内容要旨」

また、病原体核酸検査で新型コロナウイルスのPCR検査の調査を行う場合、調査の成績に問題がある検査所には他の調査結果の公表よりも前に、速やかに助言、是正等を実施しないと、管理体制を問われる心配があるとご意見をいただいています。年度内に特別監視指導を実施することについてご意見を頂戴できれば幸いです。

※1 東京都衛生検査所精度管理実施要項第11

「この要綱に定めるもののほか必要な事項は福祉保健局医療政策部長が定める。」

※2 病原体核酸検査の対象となる病院

(資料4-1表3)令和2年3月に医療機関を対象に実施したアンケートにて新型コロナウイルス遺伝子検査を「すでに始めている」「開始予定」と回答した合計20施設のうち自施設で検査を実施している病院、及び4月以降に検査を開始した病院で、調査を希望する施設

(2) 報告事項

衛生検査所登録状況について

(該当資料)

資料5 衛生検査所の登録状況

(報告事項要旨)

令和2年4月1日現在の衛生検査所の登録状況及び令和元年度東京都精度管理調査(オープン方式)参加施設の状況は資料のとおりです。