

令和4年度精度管理調査結果に基づき選定された

令和5年度 特別監視指導対象 7施設の選定理由

1) 施設番号A (R2,R3)

選定理由: 生化学(オープン:Alb、T-Cho、TG、UA、CRE、AST、ALT 各1検体)許容限界外

2) 施設番号B

選定理由: 血球算定 正確度:ブラインド WBC(3検体)、MCV(4検体)、Ret(3検体)、Ht(4検体) 管理限界外
精度:ブラインド Ret(1検体) 管理限界外

3) 施設番号C (H30)

選定理由: 生化学(ブラインド:UA 2検体)許容限界外

4) 施設番号D

選定理由: 生化学(オープン:CK、HDL 各 1検体)許容限界外

5) 施設番号E (R1、R2、R3)

選定理由: 血球算定 正確度:オープン WBC(1検体)、MCV(2検体)、Ht(1検体) 管理限界外
ブラインド WBC(1検体)、Plt(1検体)、MCV(4検体)、Ht(4検体) 管理限界外
精度:オープン Plt(1検体) 管理限界外

6) 施設番号F (R3、R4)

選定理由: 病理組織 抜取標本TM1総合評価C判定

7) 施設番号G

選定理由: 病原体核酸検査 陽性試料のCt値が低値

()内は、過去5年間の特別監視指導実施状況